



CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - P.E. Nº 84/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF -
PROCESSO Nº00053-00101299/2019-76**

Licitação Romed <licita@romed.com.br>

29 de outubro de 2020 18:20

Para: CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Cc: Rodrigo Romed <rodrigo@romed.com.br>

Obrigado pela resposta, mais a mesma deixa dúvida!!! Quando V.S.^a fala que pode ser de ambos materiais, mais entra o "DESDE QUE" seja autoclavável, reutilizável, ou seja não pode ser de ambos materiais e sim somente em SILICONE, pois PVC não pode ser autoclavável e nem reutilizável.

Então novamente eu faço a pergunta o Reservatório que necessitam é PVC ou Silicone, pois só pode ser um ou outro, não os dois como em vossa resposta, e isso pode causar duvidas e certamente em silicone agregara mais valor final ao produto, agora se desejam adquirir em PVC ou silicone, deve se excluir o autoclavável e reutilizável para englobar os dois.

Muito obrigado, fico no aguardo de vossa resposta, para que possamos ofertar corretamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]