



CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - P.E. Nº 84/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF -
PROCESSO Nº00053-00101299/2019-76**

1 mensagem

Licitação Romed <licita@romed.com.br>
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com

28 de outubro de 2020 20:35

Venho por meio deste, solicitar pedido de esclarecimento referente ao PE 84/2020 item 01- Reanimador manual neonatal, em nenhum momento no descritivo aparece informando que tipo de reservatório será utilizado pelo reanimador, existem dois tipos de reservatórios de PVC ou SILICONE, e o preço diferencia muito quando o mesmo é de silicone.

Aguardo uma posição de qual reservatório é solicitado para poder cadastrar a proposta e que o mesmo seja informado a sua alteração para os demais licitantes não ofertarem errado.

Muito obrigado.

Att.

ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Marcos Paulo Correia

Dep. Licitação

TEL: (11) 2339-3042 (Licitação) 3718-1000 (Fábrica)

E-MAIL: licita@romed.com.br

SKYPE: Romed Licitação

SITE: www.romed.com.brCATÁLOGO: <https://romed.com.br/wp-content/uploads/2019/02/catalogo-2019.pdf>

