

Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa **ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS** para o Pregão Eletrônico nº 84/2020-CBMDF, o setor técnico respondeu o seguinte:

"O material do reservatório pode ser de ambos materiais, desde que atendidas as demais especificações elencadas no edital e que seja ergonômico, confortável ao paciente, autoclavável, reutilizável e de fácil manuseio."

Franknei de Oliveira Rodrigues
Pregoeiro