

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Edital 62/2020 - Esclarecimento

3 mensagens

Centro Oeste Diagnostica < codiagnostica@gmail.com> Para: impugnacoescbmdf@gmail.com

28 de julho de 2020 16:40

Boa tarde Sr. Pregoeiro!

Anexo carta solicitando esclarecimento referente ao edital.


At.te;



SEPS 712/912 Conj B BI 01 Loja 08 - Ed Pasteur

(61) 3346-3900

4 anexos





Contrato Social - Ato de Transformação Registrado.pdf 1912K

RG REPRESENTANTE.pdf 189K

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> Para: Centro Oeste Diagnostica < codiagnostica@gmail.com >

28 de julho de 2020 19:00

Boa noite;

Seu pedido será encaminhado ao setor técnico. Franknei de Oliveira Rodrigues Pregoeiro [Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> Para: Centro Oeste Diagnostica <codiagnostica@gmail.com> 29 de julho de 2020 13:20

Boa Tarde Senhor licitante,

Em atenção ao seu pedido de esclarecimento ao Pregão Eletrônico nº 62/2020-CBMDF, o setor técnico respondeu o seguinte:

"PARA: Sr. Pregoeiro

ASSUNTO: RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

Ao tempo que cumprimento V.Sª respondo o memorando 44326172 informando que a petição da empresa tem procedência, sendo a citada metodologia (ELFA) totalmente aceita e a inclusão aumentará a concorrência sem prejudicar a qualidade da pretendida aquisição de kits reagentes para realização de exames sorologia para SARS-COV-2.

Informo ainda que deverá ser alterado no TR o item 5 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS **ACEITÁVEIS** 1. em ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS (comuns aos itens) Metodologia, passando o texto : 1. Serão aceitas as metodologias Quimioluminescência, Eletroquimioluminescência e ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay).

Continuamos à disposição para outros esclarecimentos técnicos caso necessário."

Portanto, o Edital foi retificado, conforme solicitado.

FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES - Ten.-Cel. RRm/PTTC

[Texto das mensagens anteriores oculto]