



CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 10/2019

3 mensagens

BIO CIÊNCIA LTDA <biociencia@biociencia.com.br>
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com

2 de julho de 2019 15:26

BRASÍLIA-DF, 02 DE JULHO DE 2019

AO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
QUARTEL DO COMANDO GERAL – SAM QUADRA “B” BLOCO “D”
BRASÍLIA – DF

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO NR. 10/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF
PROCESSO NR: 00053-00009769/2019-41
ABERTURA: 08.07.2019 AS 13:00 HORAS.

ATT.: SR. PREGOEIRO**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**

PREZADO SENHOR,

-A EMPRESA **BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA**, SITUADA À **SIG Q. 02 LOTES 420/440 SALA 143 – ED. CITY OFFICES – CEP: 70.610-420 BRASÍLIA – DF**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº **38.068.391/0001-59**, INSCRIÇÃO Nº **07.339.347/001-18 FONE: (061) 3037-2414 FAX: (061) 3037-1447**, VEM PELA PRESENTE, NA QUALIDADE DE EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME, INFORMAR E SOLICITAR O QUANTO SEGUE:

QUESTÃO 01

-NO ANEXO I AO EDITAL NO TERMO DE REFERÊNCIA, PÁGINA 17, SE FALA EM ESTÉREOMICROSCÓPIO (MICROSCÓPIOS ESTEREOSCÓPICOS), MAS NA ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL, SOLICITA:

3.1. MICROSCÓPIO RETO TRINOCULAR COM LUZ REFLETIDA E TRANSMITIDA.

-A AQUISIÇÃO É PARA MICROSCÓPIO OU ESTÉREOMICROSCÓPIO? SE FOR ESTÉREOMICROSCÓPIO, A DESCRIÇÃO NÃO ESTÁ DE ACORDO.

CASO SEJA MICROSCÓPIO, FAVOR NOS INFORMAR:

QUESTÃO 02**3. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL**

3.1. MICROSCÓPIO RETO TRINOCULAR COM LUZ REFLETIDA E TRANSMITIDA:

3.2. MICROSCÓPIO RETO COM REVOLVER PARA 6 OBJETIVAS;

-SERÁ ACEITO REVOLVER PORTA OBJETIVAS QUÍNTUPLO, TENDO EM VISTA QUE A OBJETIVA DE 50X SOLICITADA, OFERECE A MESMA POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA

OBJETIVA DE 40X PARA LUZ INCIDENTE E TRANSMITIDA, E QUE A OBJETIVA DE 100X, JÁ NÃO OFERECE ESTA VANTAGEM DE OBSERVAÇÃO NAS DUAS ILUMINAÇÕES, OU SEJA TEREMOS NO TOTAL 07 OBJETIVAS PARA UM REVOLVER SÊXTUPLO!! SENDO QUE TECNICAMENTE AS OBJETIVAS DE LUZ TRANSMITIDA NÃO OFERECEM RESOLUÇÃO PARA LUZ INCIDENTE, PORÉM O INVERSO É POSSÍVEL DE SER REALIZADO. AINDA A UTILIZAÇÃO DAS OBJETIVAS DE LUZ TRANSMITIDA EM CONJUNTO COM AS OBJETIVAS DE LUZ INCIDENTE, PODEM OCASIONAR ACIDENTE DE QUEBRA DALENTE FRONTAL EM RAZÃO DA PEQUENA DIFERENÇA DE DISTANCIA LIVRE DE TRABALHO.

QUESTÃO 03

3.3. FOCO COM MICROMÉTRICO E MACROMÉTRICO BILATERAL LIMITADOR DO MOVIMENTO Z (FOCO) PARA EVITAR DANOS NAS AMOSTRAS E NAS OBJETIVAS; FOTOTUBO TRINOCULAR COM SAÍDA DE 100% DE LUZ PARA CÂMERA OU 100% DE LUZ PARA AS OCULARES;

3.4. PLATINA MECÂNICA COM ÁREA DE 220 X 170 MM COM SUPERFÍCIE ANODIZADA PARA PROTEÇÃO CONTRA ARRANHÕES E MOVIMENTAÇÃO X,Y DE 75X50MM COM SUPORTE PARA AMOSTRAS PARA LUZ REFLETIDA E SUPORTE PARA AMOSTRAS PARA LUZ TRANSMITIDA;

-A DIMENSÃO DA PLATINA SOLICITADA É ÚNICA OU PODERÁ HAVER VARIAÇÃO DE DIMENSÕES NA ÁREA DA PLATINA E NA ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO, PARA QUE MAIS EMPRESAS POSSAM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO E ATENDAM AS NECESSIDADES DE TRABALHO.

QUESTÃO 04

3.10. 2 (DUAS) CAIXA DE LÂMPADA PARA BULBO DE 100 W, POTÊNCIA MÍNIMA, (ILUMINAÇÃO PARA LUZ REFLETIDA E TRANSMITIDA);

3.11. 4 (QUATRO) LÂMPADAS DE HALOGÊNIO DE 100 W, POTÊNCIA MÍNIMA, (ILUMINAÇÃO PARA LUZ REFLETIDA E TRANSMITIDA);

-PODERÁ SER OFERTADO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED, (DIODO EMISSOR DE LUZ), POR SER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MAIS ATUAL, QUE PERMITE UM TRABALHO MAIS APROPRIADO AO OPERADOR COM MELHOR QUALIDADE DE IMAGEM POR PROPICIAR A TEMPERATURA DE COR CORRETA AO TRABALHO, BEM COMO ELIMINA A NECESSIDADE DE FILTROS ADICIONAIS PARA CORREÇÃO DE COR. AINDA O SISTEMA LED NÃO GERA AQUECIMENTO NA AMOSTRA O QUE POSSIBILITA UM TRABALHO SEM QUALQUER RISCO DE DANO AO MATERIAL QUE ESTÁ SENDO OBSERVADO. O SISTEMA LED TEM DURABILIDADE MÉDIA DE 20.000 HORAS DE USO, ELIMINANDO ASSIM A MANUTENÇÃO COM TROCA DE LÂMPADAS – ITEM 3.11, BEM COMO ECOLOGICAMENTE É A OPÇÃO MAIS CORRETA, POIS ELIMINA O DESCARTE DE MATERIAL.

QUESTÃO 05

3.12. OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 5 X / 0,12; OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 10 X / 0,25; OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 20 X / 0,45; OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 40 X / 0,65; OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 100 X / 1,25 IMERSÃO A ÓLEO;

-O CONJUNTO DE OBJETIVAS PARA LUZ TRANSMITIDA, DEVERÁ TER EFETIVAMENTE AS ABERTURAS NUMÉRICAS MENCIONADAS ACIMA OU OS VALORES PODERÃO SER APROXIMADOS PARA QUE MAIS EMPRESAS POSSAM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO? POIS NA FORMA DESCRITA, MAIOR QUANTIDADE DE EMPRESAS NÃO POSSA ATENDER O DESCRITIVO, PORÉM A QUALIDADE DA IMAGEM NÃO SERÁ PREJUDICADA SE OS VALORES FOREM PRÓXIMOS. LEMBRAMOS AINDA QUE OBJETIVAS DE LUZ TRANSMITIDA NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA ILUMINAÇÃO INCIDENTE, NOS MAIORES AUMENTOS POIS A RESOLUÇÃO NÃO IRÁ OCORRER.

QUESTÃO 06

3.13. OBJETIVA EPI PLANACROMÁTICA DE 50 X / 0,75; OBJETIVA EPI PLANACROMÁTICA DE 100X / 0,85;

-A UTILIZAÇÃO DE OBJETIVAS DE LUZ INCIDENTE/REFLETIDA NO MESMO CONJUNTO COM OBJETIVAS DE LUZ TRANSMITIDA, PODEM GERAR ACIDENTE DE CHOQUE NA

LENTE FRONTAL DA OBJETIVA, PROVOCANDO ASSIM DANO IRREPARÁVEL AO MATERIAL, DESTA FORMA CONFORME JÁ EXPOSTO ACIMA, RECOMENDAMOS A TROCA PARA UM REVOLVER QUÍNTUPLO, AONDE SERÁ NECESSÁRIO A TROCA DAS OBJETIVAS CONFORME O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO UTILIZADO, PORÉM SEM RISCO DE ACIDENTES.

QUESTÃO 07

3.14. 2 (DOIS) OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 23 (CAMPO VISUAL MÍNIMO); 2 CONCHAS PARA OCULARES;

-PODERÁ SER ACEITO CAMPO VISUAL MÍNIMO DE 22MM, PARA QUE MAIS EMPRESAS POSSAM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO ?

QUESTÃO 08

3.15. ADAPTADOR C-MOUNT DE 0,5 X COM CÂMERA MICROSCÓPICA COLORIDA DE ALTA PERFORMANCE; CABO DUAL USB 3.0/USB 2.0 E FILTRO DE BARREIRA IR BG 40; NÚMERO DE PIXELS: 1936 (H) X 1460 (V) = 2.8 MEGA PIXELS; TAMANHO DO PIXEL: 4.54 MM X 4.54 MM; TAMANHO DO CHIP: 8.8 MM X 6.6 MM, EQUIVALENTE A 2/3" (11 MM DIAGONAL); FAIXA ESPECTRAL: COM FILTRO DE BARREIRA IR DE 400 NM A 720 NM; CAPACIDADE MÁXIMA: APPROX. 15.000 E SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO: H X V FATOR BINÁRIO 1936 X 1460 1X1; RESOLUÇÃO BÁSICA 968 X 728 2X2; MONOCROMÁTICA 640 X 484 3X3; COLORIDA/MONOCROMÁTICA 480 X 364 4X4; MONOCROMÁTICA 384 X 292 5X5; COLORIDA/MONOCROMÁTICA; NÍVEIS DE QUALIDADE DE INTERPOLAÇÃO DE COR SELECIONÁVEL: "COLORIDO ALTA VELOCIDADE" PARA PROCESSAMENTOS DE ALTA VELOCIDADE OU "COLORIDO DE ALTA QUALIDADE" PARA MELHORES RESULTADOS; PRETO E BRANCO DE ALTA QUALIDADE E MODO DE CONVERSÃO DE BRANCO; TAXAS DE FRAME AO VIVO (DEPENDENDO DA CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOTIWARE): TEMPO DE EXPOSIÇÃO 10MS; APRIMORAMENTO DE COR DESLIGADO; 39 MHZ PIXEL CLOCK; LEITURA QUADPORT H X V; FATOR BINÁRIO TAXA DE FRAME 1936 X 1460 1 38 640 X 484 3 76 384 X 292 5 93; TAXA DE FRAMES PARA AQUISIÇÕES DE TIME SERIES; MODO CONTÍNUO COM 39 MHZ PIXEL CLOCK E LEITURA QUADPORT (DEPENDENDO DA CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOTIWARE) H X V; FATOR BINÁRIO TAXA DE FRAME 1936 X 1460 1 38 968 X 728 2 61 640 X 484 3 76 480 X 364 4 87 384 X 292 5 93; GRAVAÇÃO DE TIMELAPSE COM FUNÇÃO "BURST MODE";

3.16. PAINEL DE INTERFACE HUMANA, DIGITAL - "HIP" - PARA CONTROLE DE ZOOM OU FOCO, E TELA DIGITAL COM MOSTRA PERMANENTE DE ZOOM OU ALTURA Z;

-ESTE PAINEL É EXCLUSIVAMENTE FORNECIDO POR UMA ÚNICA EMPRESA, O QUE INVIABILIZARÁ A PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS EMPRESAS NO PROCESSO LICITATÓRIO

-SENDO O QUE NOS CUMPRIA, E COLOCANDO-NOS À DISPOSIÇÃO PARA TODOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS.

ANTECIPADAMENTE AGRADECE.

BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA-ME

CNPJ/MF: 38.068.391/0001-59

JOSÉ FERNANDES BESERRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO



CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

11 de julho de 2019 15:49

Para: BIO CIÊNCIA LTDA <biociencia@biociencia.com.br>

Sr. Representante, boa tarde!

Sou o Tenente coronel Arthur, membro da Equipe de Apoio do CBMDF.

Após a visita do seu representante na COPLI/PREAP para questionar sobre Solicitação de Esclarecimento enviada neste email no dia 02/07/2019, foi identificado que o email chegou na caixa de Spam, motivo pelo qual não foi visualizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Dessa forma, caso seja do seu interesse, a empresa pode entrar com o Pedido de Representação, com fulcro no inciso II do Art. 109 da Lei 8.666/93.

Att.

Tenente Coronel Arthur

Membro da Equipe de Apoio do CBMDF/2019

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

23 de julho de 2019 16:32

Para: BIO CIÊNCIA LTDA <biociencia@biociencia.com.br>

Senhor representante,

Em atenção ao seu pedido de esclarecimento informo que o Pregão nº 10/2019-CBMDF foi anulado, visto os vícios insanáveis constantes no certame, em razão da intempestividade na resposta de seu pedido, segue em anexo as respostas de seu pedido de esclarecimento, recurso apresentado no certame, relatório de análise do pregoeiro e julgamento final da autoridade superior, que culminaram na anulação do certame.

Franknei de Oliveira Rodrigues - Ten.-Cel. RRm/PTTC.

Pregoeiro do Certame

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos



RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA BIO CIÊNCIA.pdf

211K



RECURSO EMPRESA CARL ZEISS DO BRASIL.pdf

97K



RELATÓRIO DE RECURSO PE 10-2019-SSPDF - Análise do Pregoeiro.pdf

215K



Julgamento de Recurso - Pregão Eletrônico nº 10-2019-CBMDF.pdf

159K