

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:

Descritivo pede que os rodízios da maca sejam fabricados em material resistentes à oxidação. No caso dos rodízios da Forza, são usados garfos de aço zincado; Descritivo pede que a cabeceira da maca seja ajustável e que suporte sobre ela uma carga de pelo menos 100Kg. Nos documentos e no laudo enviados pela ARAMADA (Forza), não fica evidenciada a capacidade de carga de 100Kg neste item. Na Declaração da fabricante das MACAS FORZA deixa evidente a incompatibilidade da maca utilizada c/a atual

Fechar