UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 49.938.521/0001-83
Rua Paulina Ana Trierweiller Lehmkuhl, S/N, Loja:02, Centro, Águas Mornas-SC
CEP 88.150-000 Tel: (48) 99157-9997
uniquecomercioequipamentos@gmail.com

Ao Órgão 170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF. Dispensa N° 900192025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
1	VIDEOLARINGOSCOPIO PORTÁTIL COM LAMINAS REUTILIZAVEIS, COM DESIGN ERGONÔMICO E À PROVA D'ÁGUA, DE MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL. TELA DE VÍDEO DE LCD DE NO MÍNIMO 3,5", COM DISPLAY COLORIDO, ACOPLADA AO CORPO DO LARINGOSCÓPIO E PASSÍVEL DE SER SUBMETIDA A PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. A TELA DEVE TER ÂNGULO DE ROTAÇÃO VERTICAL 120° PARA CIMA E PARA BAIXO E ROTAÇÃO HORIZONTAL 120° PARA OS DOIS LADOS. 1 CÂMERA ANTI-REFLEXO, DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 2MP, COM CAPACIDADE ANTIEMBAÇANTE. FONTE DE LUZ DE LED DE ALTA INTENSIDADE. DEVE PERMITIR VISÃO DIRETA PELO SISTEMA DE VÍDEO DO EQUIPAMENTO E INDIRETA PELA ORIENTAÇÃO DA LÂMINA DO LARINGOSCÓPIO. 1 (UMA) BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 200 MINUTOS DE DURAÇÃO CONTÍNUA. CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT AUTOMÁTICO. DEVE PERMITIR DOWNLOAD DE DADOS, FOTOS E VÍDEOS ARMAZENADOS. DEVE VIR ACOMPANHADO DAS LÂMINAS DE AÇO MÉDICO INOXIDÁVEL 316, REUTILIZÁVEIS, COM OS TAMANHOS ABAIXO: MACINTOSH TAMANHO 2 - MAC 2 - PEDIÁTRICO MACINTOSH TAMANHO 3 - MAC 3 - ADULTO PEQUENO MACINTOSH TAMANHO 4 - MAC 4 - ADULTO GRANDE CERFICAÇÃO DA ANVISA. MANUAL TÉCNICO DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. DEVE VIR ACOMPANHADO DE MALETA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM GLUTARALDEÍDO. O CATÁLOGO OFERTADO APRESENTA 2 TAMANHOS DE TELA MAS SERÁ FORNECIDO O TAMANHO 3,5 QUE ATENDE À ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. O OBJETO OFERTADO INCLUI A MALETA. REGISTRO ANVISA 81504799071 **MARCA:** HAIYE MEDICAL **FABRICANTE:** HAIYE MEDICAL **MODELO/VERSÃO:** HYHJ-KC	5,00	11.570,97	57.854,85
			Valor total da proposta:	57.854,85

O valor total dessa proposta é de R$57.854,85 (cinqüenta e sete mil e oitocentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 49.938.521/0001-83
Rua Paulina Ana Trierweiller Lehmkuhl, S/N, Loja:02, Centro, Águas Mornas-SC
CEP 88.150-000 Tel: (48) 99157-9997
uniquecomercioequipamentos@gmail.com

Ao Órgão 170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF. Dispensa N° 900192025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

Dados Comerciais:

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 49.938.521/0001-83
Rua Paulina Ana Trierweiller Lehmkuhl, S/N, Loja:02, Centro, Águas Mornas-SC
CEP 88.150-000 Tel: (48) 99157-9997
uniquecomercioequipamentos@gmail.com

Banco: Sicoob(756)
Conta: 19707-6
Agencia: 3236-0

Banco: Banco do Brasil(001)
Conta: 9479-0
Agência: 5422-4

Dados do Representante Legal da Empresa:
Responsável: GUILHERME SANTOS GARCIA
CPF 035.396.479-45 RG 3424337 SSP/SC
Telefone Celular nº: (48) 99157-9997
Endereço do Representante Legal: rua Carlos Weingartner, s/n, apto 301, centro, Palhoça, SC, Cep 88131440
E-mail: uniquecomercioequipamentos@gmail.com

CONDIÇÕES GERAIS:
a) O prazo de validade da proposta: CONFORME EDITAL.
b) O prazo de entrega dos produtos: CONFORME EDITAL.
c) O prazo de pagamento: CONFORME EDITAL.
d) O prazo de garantia dos produtos: 12 MESES DA EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO.
e) PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: CONFORME EDITAL.
f) Local de entrega do objeto e das Notas Fiscais : conforme o edital

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
Declaramos que no preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.

Observações:

Declaro que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
A proponente declara conhecer e estar de acordo com todos os termos do Edital e seus anexos que rege a presente licitação.
Declaro que as propostas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimentos dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega das propostas (1º, art. 63., da Lei 14.133 de 2021).
Declaro que nos preços propostos estão previstos (incluídos) todos os tributos, impostos (inclusive isenção ICMS previsto em convênios CONFAZ, se aplica´vel), bem como valores pertinentes à embalagens, encargos sociais,
frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e demais despesas decorrentes da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria.
Declaro que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
Declaro que no caso de consagrar-se vencedora do certame se compromete a entregar no momento da assinatura do contrato ou ata a documentação referente à Habilitação Técnica conforme o exigido no edital e seus anexos.

Águas Mornas, 31 de Março de 2025

UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 49.938.521/0001-83
Rua Paulina Ana Trierweiller Lehmkuhl, S/N, Loja:02, Centro, Águas Mornas-SC
CEP 88.150-000 Tel: (48) 99157-9997
uniquecomercioequipamentos@gmail.com

Representante Legal
GUILHERME SANTOS GARCIA
RG:3424337 SSP SC **CPF:**035.396.479-45

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 31/03/2025 15:08:01 é(são):

Nome: **GUILHERME SANTOS GARCIA**
CPF: 035.396.479-45
Data: 31/03/2025 15:08:01

Shenzhen Haiye Medical Technology Co. , Ltd.

VIDEO LARINGOSCÓPIO LAMINAS REUTILIZAVEIS HYHJ-KC

Tipos de Aplicações

É usado clinicamente para provocar a epiglote para expor a glote, e orientar a equipe médica a realizar intubação traqueal e ventilação mecânica sob condições visíveis.

Aplicável ao departamento de anestesiologia, UTI, pediatria, departamento de emergência, ambulância, SAMU.

REGISTRO ANVISA 81504799071

Características e configuração do produto

O monitor deste produto pode ser adaptado para sistemas de câmera de 6 tamanhos (lâminas) Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, D-blade (vias aéreas difícil)

Este produto tem as funções de tirar fotos, gravar, congelar, armazenar e exportar dados, reproduzir fotos e vídeos, HDMI, interface Tipo C e também pode ser conectado a uma tela externa para exibir na mesma tela.



Parâmetros básicos

Tela	**3/3.5 polegadas TFT LCD – RESOLUÇÃO 960X480 – 3.000 LUX**
Câmera	**3 megapixels; Profundidade de campo:6-100mm; Ângulo de campo:70°±9°;**
BATERIA	**Tempo de trabalho: 6h; Tempo de re-carga: 4h; Capacidade: 3400mAh LITIO**
Operação	**Temperatura -40℃~70℃ - ≤ 93% UR**
Funções	**HDMI, Type-C, fotos, video, congela tela, armazena e exporta os dados**

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NO BRASIL:
CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ 34.055.837/0001-50
Avenida Coronel Antônio Lehmkuhl, nº 1.030, sala 07, Centro, 88150-000, Águas Mornas/SC
Tel: (48) 3086-2251 E-MAIL mulletcomercio@gmail.com

Características e configuração do produto

MODELO	HYHJ-KC
Tela	Tela LCD TFT de 3 ou3,5 polegadas
Tela sensível ao toque	Somente no modelo de tela 3,5 polegadas
Resolução	960*480
Pixel da câmera	Câmeras de 3,0 megapixels
Inclinação & Rotação	0 ° -170 ° ± inclinação de 10 °; 0 - 270 ° ± 10 ° girar
Foto e vídeo	Sim
Memória interna	32 GB
Tipo de bateria	Bateria de lítio recarregável
Tempo de recarga	≤4 horas
Tempo útil de trabalho	360 minutos
Funções	Congelamento, espelhamento, gravação automática, desligamento automático
Tecnologia antiembaçante	Dupla, sem necessidade de tempo para aquecer
Iluminação	3000Lux
Câmera	CCD
Garantia	1 ano (opcional acima de 1 ano)
Grau à prova d'água	IPX7
Tipo de lâmina reutilizável	Miller0, Miller1, Mac2, Mac3, Mac4, D-blade
Tipo de encaixe de lâminas	Encaixe padrão aeronautico
Material lâminas	Aço inox médico
Limpeza das lâminas	Limpeza com detergentes
Desinfecção das lâminas	Desinfecção por imersão em desinfectante glutaraldeído 2%

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NO BRASIL:
CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ 34.055.837/0001-50
Avenida Coronel Antônio Lehmkuhl, nº 1.030, sala 07, Centro, 88150-000, Águas Mornas/SC
Tel: (48) 3086-2251 E-MAIL mulletcomercio@gmail.com

FOTOS MODELO HYHJ-KC

HYHJ–KC

Instrução Técnica

Xi’an Haiye Medical Equipment Co. Ltd

Antes de usar esta máquina, leia este manual em detalhes.

- Obrigado por usar nossos produtos.
- Antes de usar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para uso futuro.
- Ao usar, cumpra rigorosamente os procedimentos de operação e manutenção e manutenção corretas.
- Marcadas com “nota” ou “*” no parágrafo devem ser lidas com atenção, execução, a fim de evitar danos ao equipamento, aos operadores e pacientes ou danos.
- Se o dispositivo estiver com problemas de processo de uso, entre em contato com o distribuidor local ou nossa empresa, forneceremos um serviço e ajuda de qualidade.
- Compromisso: ao lidar com falhas, prometemos fornecer aos usuários as informações técnicas mais detalhadas necessárias, se necessário.

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 10

Aviso:

1. Este produto não deve ser usado em locais com risco de incêndio.
2. Este produto não pode ser usado no caso de gás narcótico inflamável e mistura de ar ou mistura de óxido nitroso.

A parte interna deste produto é um dispositivo especial, e o usuário não deve desmontá-lo sozinho.

Conselho de segurança:

1. Este produto deve evitar qualquer influência externa adversa, como forte radiação eletromagnética ou alta temperatura.
2. Ao transportar e usar este produto, deve-se prestar atenção ao manuseio com cuidado para evitar choques, vibrações violentas e umidade.
3. Este produto só pode ser reparado por profissionais autorizados pela empresa.
4. Este produto só pode ser carregado com o carregador fornecido pela empresa.
5. Entre em contato com nosso departamento de atendimento ao cliente se houver algum problema com este produto.

Observação:

1. Não use com muita força.
2. As peças de exibição deste produto não são à prova d'água, preste atenção à prova d'água ao limpar.
3. Primeiro uso, carregue-o primeiro.
4. Quando o produto não for usado por muito tempo, ele precisa ser carregado uma vez a cada 2-3 meses.
5. Este produto não é usado como dispositivo médico durante o carregamento.
6. Pacientes com danos graves na mucosa oral devem usar com cautela.
7. O tempo de comutação automática do dispositivo é de 9 minutos. Enquanto a máquina estiver em operação, ela não ligará e desligará automaticamente

8. Conecte o sistema da câmera antes de iniciar, substitua o sistema da câmera, deve estar no estado de desligamento.

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 11

Parte I

1.1 Faixa de aplicação：

Para o uso de intubação endotraqueal em anestesia e resgate.

1.2 Indicadores de desempenho:

Categoria do equipamento: fonte de alimentação interna.

Equipamento de propriedade: equipamento tipo BF, , operação contínua.

Item	Nome	Indicador Técnico
Vídeo laringoscópio	Tela de Exibição	**LCD colorido de 3,0 ou 3,5"** **960x480 de resolução**
	Ângulo de visão	70º±2º
	Vida útil da bateria	bateria de íon de lítio importada de alta capacidade, uso contínuo≥300 minutos
	Chave do host	Botão liga / desliga com função de fotografar e tirar foto e vídeo
	Material	ABS e aço inoxidável médico
	Fonte de luz	Led impermeável de alta potência
	Câmera	**3 megapixels** **Duplo anti embaçamento, sem necessidade de pré aquecimento e sem área cega para intubação**
	Interface	Interface USB para carregamento, interface de cartão TF com função hot plug e pull
	Lâminas de laringoscópio	Tamanhos diferentes para estruturas orais: Neonatal, Pediátrica, Adulto, Adulto Grande e Entubação Díficil
	Fonte de alimentação interna	Bateria de íon de lítio, 3.7V-3400mAh **Tempo trabalho 360 minutos**
Tipo americano de carregador	Entrada do carregador	100~240V, 50/60Hz, 0,5A
	Saída do carregador	5V,2000mA
	Hora de carregar	＜4h
Classe de proteção contra choque elétrico	Rede energizada – equipamento conectado no carregador	Classe I
Grau de proteção	Água/poeira/material particulado	**IP66**
Software instalado embarcado	Versão	KC-V-1.2.0.1
MÉMORIA	INTERNA	32 GB

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 12

Parte II

2.1 Composição e estrutura

O laringoscópio é composto por máquina principal, câmera, peça de laringoscópio (de metal, esterilizada e reutilizada), carregador e cabo de dados.

Desenho da estrutura:



Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 13

1 – Botão de Ligar **2** – Porta USB/AV **3** – Cartão de Memória TF **4** – Indicador de luz **5** – Monitor **6** – Haste/Cabo **7** – Botão de Foto e Vídeo **8** – Borda de aço inoxidável **9–** Câmera	

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 14

2.2 Operativos instruções

1.Conecte o vide laringoscópio de acordo com as instruções de montagem e aplique uma quantidade adequada de lubrificante na extremidade frontal do laringoscópio. Ligar o poder interruptor, a luz indicadora verde está acesa, a fonte de luz da câmera está ligada e o mostrar tela pode normalmente mostrar o cena visto por o alta definição Câmera

2.Insira o núcleo de intubação no tubo endotraqueal em uma posição apropriada e aplicar lubrificante para o cateter balão

3.Leve o paciente em decúbito dorsal, o operador fica na frente do cabeça do paciente, abre a boca do paciente com os dedos, coloca o laringoscópio a boca lentamente ao longo da linha média da língua e observa a tela do visor enquanto entrando

4.Quando a epiglote for visualizada, coloque a extremidade frontal do laringoscópio na laringe superfície de epiglote, suavemente elevador epiglote, e claramente expor glote

5.Insira o lado direito do cateter traqueal na boca do paciente e observe da tela. Quando a extremidade frontal do cateter traqueal aparece no campo de vista, insira a extremidade frontal do cateter traqueal na profundidade apropriada abaixo da glote

2.3 Instruções de uso:

Bota： Pressione e segura o botão de fonte de alimentação 1-3 segundos de inicialização, pressione e segura a tecla liga / desliga 1-3 segundos desligado.

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 15

Congelar-quadro： clique no botão liga / desliga, congele a imagem e clique em voltar ao trabalho.

Gravação de fotos： clique no botão de foto, tire uma foto automaticamente e armazene; pressione e segura o botão de foto, comece a gravar e pressione o botão da câmera para parar e armazenar o vídeo. Possibilita cartão de memória interna de até 32gb.

Operação normal： luz verde, a tela pode exibir imagem normal e gravação

Carregar: por favor, use o carregador original de fábrica, a luz vermelha está carregada, a luz verde está cheia. A luz vermelha pisca quando a máquina é ligada e precisa ser recarregada.

Manutenção da bateria: por favor, use a fábrica original equipada com carregador, um tempo de carga não é superior a 6 horas, uso a longo prazo, pelo menos 2-3 cargas mensais.

Especificação: esta máquina pode ser equipada com quatro tamanhos diferentes de filme de laringoscópio, o pessoal médico deve escolher o tamanho apropriado de acordo com o tamanho do paciente e hábitos de uso pessoal. Interferência: Equipamento eletrônico sensível a EMI, use com este produto, mantenha a distância apropriada.

2.4 Descrição da Operação

1.Coloque o laringoscópio visível de acordo com as instruções de montagem e aplique uma quantidade adequada de lubrificante na extremidade frontal do laringoscópio. Ligue o interruptor de alimentação, luz verde, luz da câmera, a tela normalmente pode exibir a cena da câmera de alta definição.

2. Insira o núcleo do tubo na posição correta do cateter de traqueia e aplique lubrificante no airbag do duto.

3. Posicione o paciente em decúbito dorsal, o operador para a frente da cabeça do paciente, abre a boca do paciente com os dedos, coloca lentamente a posição da linha média do laringoscópio na boca e entra de lado para observar a tela do visor.

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 16

4. Quando a epiglote é vista, a frente do laringoscópio é colocada na laringe epiglótica, então a epiglote é levantada e a glote é exposta claramente.

5. O cateter traqueal foi inserido na cavidade oral do paciente ao longo do lado direito do laringoscópio e observado na tela. Quando a extremidade anterior do tubo traqueal apareceu no campo de visão, a extremidade anterior do ducto traqueal foi inserida na glote até a profundidade apropriada sob a glote.

6. Mantenha a posição do laringoscópio e do cateter traqueal, retire o núcleo de intubação, o cateter traqueal fixo direito, a saída do laringoscópio esquerdo da cavidade oral.

7. Inflar a bainha do ducto traqueal e intubar o tubo.

8. Após o término do laringoscópio, desligue o interruptor de alimentação e limpe e esterilize a estrutura principal e o laringoscópio na caixa.

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 17

Parte III

3.1 Fatores que afetam o uso:

1. Não leu as instruções em detalhes ou não tem experiência em intubação.

2. O laringoscópio não está lubrificado o suficiente.

3. A posição de inserção e a profundidade do laringoscópio não são razoáveis.

3.2 Precauções para aplicação clínica:

1. Os operadores devem ler as instruções cuidadosamente antes de usar, ter alguma experiência em intubação e obter orientação de treinamento apropriada dos fabricantes.

2. O lubrificante deve ser aplicado sempre antes do uso. Lubrificante deve ser com moderação, de modo a evitar muito pouco efeito. Muito fará com que a posição do laringoscópio na cavidade oral não seja fácil de ser corrigida.

3. Se houver muito sangramento na boca do paciente, houver sujeira na cavidade oral e a secreção oral for demais, a visão frontal da lente não estiver clara, o laringoscópio deve ser removido, a lente deve ser levemente esfregada com uma gaze macia e o laringoscópio deve ser usado após o tratamento adicional da cavidade oral do paciente.

4. O laringoscópio não é inserido muito profundamente para que o laringoscópio possa elevar a laringe para dentro da laringe, expondo não a abertura glótica, mas a abertura esofágica.

5. Se a intubação for difícil devido a certas doenças no tórax ou pescoço, pode-se realizar uma extensão adicional da articulação atlanto occipital e da cabeça do paciente e, em seguida, inserida no laringoscópio (como no caso de fratura da coluna cervical, a cabeça não pode ser virada, onde o uso do laringoscópio visual é limitado.

6. Se for difícil empurrar o tubo traqueal para baixo, isso pode reduzir a força do laringoscópio, trazer a cabeça do paciente de volta ao estado mediano e, em seguida, empurrar o tubo traqueal para baixo.

7. Os núcleos de intubação apropriados devem ser selecionados para garantir uma intubação

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 18

traqueal bem-sucedida.

3.3 Manutenção, limpeza e desinfecção:

Limpeza e manutenção do monitor de vídeo:

1.A alça e o visor do laringoscópio visíveis podem ser limpos com álcool medicinal, quando não usados, devem ser colocados na caixa de acordo com as instruções para evitar danos desnecessários.

2. O laringoscópio visível pode ser usado normalmente em dois meses sem ligar. Recomenda-se pelo menos uma vez a cada 2-3 meses quando não estiver em uso por um longo período.

Lâmina do vídeo laringoscópio para limpeza e desinfecção:

1. Após o uso do laringoscópio, retire-o e lave-o imediatamente com água corrente, remova as substâncias residuais como sangue, muco e seque com gaze estéril.

2. Após a secagem, o laringoscópio é completamente imerso em solução alcalina de glutaraldeído a 2% por pelo menos 20 minutos.

3. Após a remoção, lave com soro fisiológico, seque com gaze estéril e guarde em saco asséptico.

4. A primeira vez que usar um laringoscópio visual, o laringoscópio deve ser limpo e desinfetado.

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 19

Parte IV Informações EMC

Lembrete:

1、O comprador ou usuário do vídeo laringoscópio deve usar o vídeo laringoscópio no ambiente eletromagnético especificado na Tabela 201、202、204、206, caso contrário, pode causar operação anormal do vídeo laringoscópio.

2、Equipamentos de comunicação de radiofrequência portáteis e móveis podem afetar o uso normal do vídeo laringoscópio, use o vídeo laringoscópio no ambiente eletromagnético recomendado.

Aviso:

1.Além dos acessórios e cabos fornecidos pelo fabricante do vídeo laringoscópio, o uso de acessórios e cabos não especificados pode resultar em aumento da emissão ou redução da imunidade do vídeo laringoscópio.

2. O vídeo laringoscópio não deve ser utilizado em proximidade ou sobreposição com outros equipamentos e, caso seja necessário aproximar ou sobrepor, deve ser observado e verificado o seu funcionamento normal na configuração em que é utilizado.

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 20

Tabela 201

<table>
<tr><td colspan="3">Diretrizes e declarações do fabricante - emissões eletromagnéticas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Espera-se que o vídeo laringoscópio seja usado em um ambiente eletromagnético especificado abaixo, e o comprador ou usuário deve garantir que ele seja usado em tal ambiente eletromagnético:</td></tr>
<tr><td>Teste de Emissão</td><td>Observância</td><td>Guia do Ambiente Eletromagnético</td></tr>
<tr><td>Emissão de radiofrequência CISPR11</td><td>1 Grupo</td><td>O laringoscópio visual usa energia de RF apenas para suas funções internas. Como resultado, tem emissões de RF muito baixas e é menos provável que interfira com dispositivos eletrônicos próximos.</td></tr>
<tr><td>Emissão de radiofrequência CISPR11</td><td>Classe A</td><td rowspan="3">Vídeo laringoscópio adequado para uso em todos os estabelecimentos, exceto domésticos e aqueles conectados diretamente à rede elétrica pública residencial de baixa tensão que abastece edifícios usados para fins domésticos.</td></tr>
<tr><td>Emissão harmônica 61000-3-2</td><td>Classe A</td></tr>
<tr><td>Flutuação de tensão/emissão de cintilação IEC 61003-3-3</td><td>Cumpre</td></tr>
</table>

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 21

Tabela 202

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética.			
Espera-se que o vídeo laringoscópio seja usado no ambiente eletromagnético especificado a seguir, e o comprador ou usuário deve garantir que ele seja usado neste ambiente eletromagnético:			
Teste anti-perturbação	IEC 60601 Teste de nível	De acordo com o nível	Ambiente eletromagnético - guia
Descarga eletrostática GB/T 17626,2	±2, ±4 e ±8 kV Descarga de contato ±2, ±4, ±8 e ±15 kV Descarga de ar	±2, ±4 e ±8 kV Descarga de contato ±2, ±4, ±8 e ±15 kV Descarga de ar	O solo deve ser de madeira, concreto ou telha cerâmica, se o solo for revestido com materiais sintéticos, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
Grupo de pulsos transientes rápidos elétricos GB/T 17626,4	±2 kV o cabo de alimentação	±2 kV o cabo de alimentação	A fonte de alimentação da rede deve ser de qualidade comercial ou hospitalar típica.
surto GB/T 17626,5	±1 kV linha a linha ±2 kV linha para terra	±1 kV linha a linha ±2 kV linha para terra	A fonte de alimentação da rede deve ser de qualidade comercial ou hospitalar típica.
Quedas de tensão, interrupções curtas e mudanças de tensão nas linhas de entrada de energia GB/T 17626,11	＜5% UT，Ciclo contínuo de 0,5 (em UT，＞95% sag） 40% UT, 5 ciclos contínuos (em UT, 60% de queda)	＜5% UT，Ciclo contínuo de 0,5 （em UT，＞95% de queda） 40% UT, 5 ciclos contínuos (em UT, 60% de queda)	A fonte de alimentação da rede deve ser de qualidade comercial ou hospitalar típica. Se o usuário do videolaringoscópio precisar funcionar continuamente durante a alimentação.

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 22

	70% UT，25 ciclos contínuos （em UT，30% de queda） ＜5% UT，5s contínuos （em UT，＞ 95% de queda）	70% UT，25 ciclos contínuos (em UT，30% de queda） ＜5% UT，5s contínuos （em UT，＞95% de queda）	interrupção, é recomendável usar fonte de alimentação ininterrupta ou energia da bateria.
Campo magnético de frequência de energia (50 Hz/60 Hz) GB/T 17626,8	30 A/m	30 A/m	O campo magnético de freqüência de energia deve ter a característica horizontal do campo magnético de freqüência de energia no ambiente comercial ou hospitalar típico.
Observação：UT Refere-se à tensão da rede CA antes de aplicar a tensão de teste.			

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 23

Tabela 204

<table>
<tr><td colspan="4">Diretrizes e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Espera-se que o videolaringoscópio seja usado no ambiente eletromagnético especificado a seguir, e o comprador ou usuário deve garantir que ele seja usado neste ambiente eletromagnético:</td></tr>
<tr><td>Teste anti-perturbação</td><td>Nível de teste IEC 60601</td><td>Linha de nível</td><td>Ambiente eletromagnético - guia</td></tr>
<tr><td>transmissão de radiofrequência GB/T 17626,6</td><td>3 V（valor efetivo）150 kHz ~ 80 MHz</td><td>3 V (valor efetivo）</td><td rowspan="2">Equipamentos de comunicação de radiofrequência portáteis e móveis não devem ser usados perto de qualquer parte do videolaringoscópio do que a distância de isolamento recomendada, incluindo cabos. A distância deve ser calculada por uma fórmula correspondente à frequência do transmissor.
Distância de isolamento recomendada
$d = 1.2\sqrt{P}$
$d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz ~ 800 MHz
$d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz ~ 2,5 GHz
P—De acordo com o lançamento fornecido pelo fabricante do transmissor
Potência de saída nominal máxima em watts（W）;
d— Distância de isolamento recomendada para radiação Rf em metros（m）。
A intensidade do campo do transmissor de rf fixo é determinada pelo</td></tr>
<tr><td>4/5000 Radiação de radiofrequência GB/T 17626,3</td><td>3 V/m 80 MHz ~ 2,7 GHz</td><td>3 V/m</td></tr>
</table>

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 24

			levantamento do local do campo eletromagnético a e b deve ser menor do que o nível de conformidade em cada faixa de frequência. Pode ocorrer interferência perto de dispositivos que marcam os seguintes símbolos.

Nota 1: nas frequências de 80mhz e 800mhz, adota-se a fórmula das frequências mais altas.

Nota 2: estas diretrizes podem não ser adequadas para todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de edifícios, objetos e humanos.

a. Transmissor estacionário, como: telefones celulares/sem fio sem fio e estação base de rádio móvel terrestre, rádio amador, rádio am e FM e transmissão de televisão, etc., a intensidade do campo em teoria pode prever. Para avaliar o ambiente eletromagnético de um transmissor de RF fixo, a investigação do campo eletromagnético deve ser considerada. Se a intensidade do campo do videolaringoscópio for superior ao nível de rf aplicável acima, o videolaringoscópio deve ser observado para verificar sua operação normal. Se for observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, como reorientação ou posicionamento do videolaringoscópio.
b. Na faixa de 150 kHz ~ 80 MHz, a intensidade do campo deve ser inferior a 3 V/m.

Tabela 206

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 25

Distâncias de isolamento recomendadas entre equipamentos portáteis e móveis de comunicação por radiofrequência e laringoscópios visuais

Os laringoscópios visuais destinam-se ao uso em ambientes eletromagnéticos onde os distúrbios de radiação de radiofrequência são controlados. Com base na potência de saída nominal máxima do equipamento de comunicação, o comprador ou usuário pode se proteger contra interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre o equipamento portátil e móvel de comunicação por radiofrequência (transmissor) e o laringoscópio visual, conforme recomendado abaixo.

Potência de saída nominal máxima do transmissor W	A distância de isolamento correspondente a diferentes frequências do transmissor/m		
	150 kHz ~ 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz ~ 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz ~ 2,5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Para não listados acima a potência nominal máxima do transmissor e a distância de separação recomendada d, em metros (m), uma fórmula para determinar a coluna correspondente à frequência do transmissor disponível, P aqui é fornecida pelos fabricantes do transmissor potência nominal máxima de saída do transmissor, em watts (W) como a unidade.

Nota 1: nos pontos de frequência de 80mhz e 800mhz, adota-se a fórmula de maior faixa de frequência.

Nota 2: estas diretrizes podem não ser adequadas para todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de edifícios, objetos e humanos.

5.1 Condições de transporte, armazenamento e Operação

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 26

Durante o transporte, evite a chuva e a imersão na neve, evite fortes pressões e evite colisões de intensidade.

Ambiente de armazenamento temperatura e umidade normais do ambiente, sem invasão biológica externa, boa ventilação.

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO	
Temperatura	-20°C ~60°C
Umidade	10% e 95%
Pressão atmosférica	860hpa〜1060hpa
CONDIÇÃO DE TRANSPORTE	
Temperatura	-20°C ~ -55°C
Umidade	≤ 93%
Pressão atmosférica	860hpa〜1060hpa
CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO	
Temperatura	5°C ~ -40°C
Umidade	20% e -80°C

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 27

5.2 Lista de acessórios:

Número da série	Nome	Quantidade	Observações
1	Monitor do vídeo laringoscópio	1 definir	
2	Laringoscópio lâmina	5 peças	
3	Carregador	1 pedaço	
4	Cabo	1 pedaço	

5.3 Solução de problemas:

Problema	Razão	Solução de problemas
Imagine não está claro	A lente está suja	Remova a sujeira laringoscópica
Imagem não exibida	A lâmina do laringoscópio não está bem conectada ao host	Verifique a conexão entre a lâmina do laringoscópio e o host
Não consigo inicializar	bateria sem carga	Por favor, carregue

5.4 Período de garantia:

A partir da data de venda deste produto, o produto tem a garantia de 12 meses da emissão da nota fiscal.

5.5 Atendimento ao cliente:

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NO BRASIL:

CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ 34.055.837/0001-50

Tel: (48) 3086-2251 E-MAIL mulletcomercio@gmail.comSite:

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 28

5.6 Descrição do símbolo gráfico:

	equipamento tipo BF
	A data de fabricação
	Logotipo
	Período de uso
	O interruptor de alimentação
	Fonte de alimentação interna, sem desmontagem
	Temperatura
	Umidade / Umidade Relativa (%)
	Pressão atmosférica
	Fonte de alimentação – bateria de lítio
	Leia antes de usar
	Conformidade com a Diretiva REEE

5.7 Instrução compilar data : 18 de agosto de 2020

5.8 Data de produção

5.9 Produção usando período

Veja a etiqueta traseira do produto

Proposta (167460201) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 29

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

DISPENSA 90019/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF

Objeto da compra: Aquisição de Videolaringoscópios a serem utilizados nas atividades de suporte avançado no atendimento pré-hospitalar realizados pelo Grupamento de Atendimento de Emergência Pré-Hospitalar - GAEPH do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

Entrega de propostas: De 13/03/2025 às 16:42 até 27/03/2025 às 08:29

Abertura da sessão pública: Dia 27/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/03/2025 às 14:32:05	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	27/03/2025 às 14:32:16	Boa tarde senhores participantes.
Sistema	27/03/2025 às 14:32:25	Considerando as limitações do sistema e o acompanhamento por parte dos participantes, informo que serão convidados a formalizar propostas, via CHAT, os 3 (três) primeiros classificados. Ressaltando que a análise será efetuada de acordo com a ordem de classificação, não gerando nenhuma obrigação por parte da administração acerca da análise de propostas remanescentes, após a aprovação da empresa melhor classificada.
Sistema	27/03/2025 às 14:32:37	O prazo para envio dos documentos (proposta e habilitação) será de 2 (duas) horas. Ressalto que o não envio dos documentos ensejará na desclassificação da empresa e que possíveis solicitações de prorrogação de prazo, seja efetuado dentro do prazo final para o envio de anexos, pois qualquer solicitação fora deste prazo não serão atendidas.
Sistema	27/03/2025 às 14:32:51	Informo também aos fornecedores remanescentes que, caso as propostas das três primeiras classificadas não atendam os requisitos do Termo de Referência, poderá ter uma nova convocação para oferta de propostas válidas.
Sistema	27/03/2025 às 15:27:58	A proposta enviada pela empresa 49.938.521/0001-83 será enviada para o setor técnico para análise da conformidade com o solicitado no TR.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
27/03/2025 às 14:32:05	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório de Dispensa Eletrônica 90019/2025 (167572203) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 30

Item 1 - Endoscópio Flexível

Endoscópio Flexível Tipo: Vídeolaringoscópio, Modelo: Autoclavável, Ângulo Visão: 70 , Diâmetro: 10mm, Acessórios: Cabo De Luz,Empunhadeira,Zoom, Comprimento: 195mm

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 12.499,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 62.499,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF ***.032.***-*3 - LAYS RODRIGUES DE SOUZA para UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83, melhor lance: R$ 11.570,9700 (unitário) / R$ 57.854,8500 (total)

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
30.652.765/0001-77 - 30.652.765 THALITA BRITO NAVA ROSA UF endereço: DF	Sim	R$ 20.000,0000	
41.288.830/0001-43 - 41.288.830 ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA UF endereço: GO	Sim	R$ 12.500,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: similar		Modelo/versão: endoscopio	
48.735.705/0001-83 - 48.735.705 GABRIEL GERMANO DA SILVA UF endereço: SP	Sim	R$ 20.000,0000	
55.199.989/0001-04 - 55.199.989 VINICIUS ARAUJO NEPOMUCENO UF endereço: DF	Sim	R$ 20.000,0000	
57.075.001/0001-12 - 57.075.001 TANIA ALVES SILVA UF endereço: DF	Sim	R$ 12.495,0000	
57.536.564/0001-60 - 57.536.564 TAMIRES ELIZABETH MAGALHAES SILVESTRE UF endereço: MG	Sim	R$ 12.499,9000	
27.840.547/0001-51 - AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 13.000,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: ENDOSCOPIO		Modelo/versão: ENDOSCOPIO	
42.107.381/0001-52 - ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 12.499,9000	

Relatório de Dispensa Eletrônica 90019/2025 (167572203) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 31

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 13.000,0000	
41.801.417/0001-30 - CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 12.499,9000	
43.001.604/0001-65 - GEMENE CORPORATE LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 25.000,0000	
25.230.169/0001-69 - GREGORIO NETO SERVICOS & COMERCIO LTDA UF endereço: MT	Sim	R$ 12.499,5000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: fmarth Modelo/versão: 1w			
21.739.879/0001-68 - GRUPO TUBRAN LTDA UF endereço: CE	Sim	R$ 12.499,9000	
30.060.762/0001-44 - HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 13.000,0000	
46.339.147/0001-01 - JORGE CESAR MACEDO DE OLIVEIRA BASTOS 05704925723 UF endereço: BA	Sim	R$ 15.000,0000	
48.873.564/0001-65 - M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 50.000,0000	
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 19.000,0000	
39.781.895/0001-84 - MARCOS ROGERIO LOBAO PINTO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 12.499,0000	
03.098.826/0001-23 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP UF endereço: DF	Sim	R$ 33.598,0000	
34.839.190/0001-57 - PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 13.000,0000	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 12.789,8976	

Relatório de Dispensa Eletrônica 90019/2025 (167572203) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 32

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 12.500,0000	
49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 15.000,0000	Proposta adjudicada
Descrição detalhada: Endoscópio Flexível - Endoscópio Flexível Tipo: Vídeolaringoscópio, Modelo: Autoclavável, Ângulo Visão: 70 , Diâmetro: 10mm, Acessórios: Cabo De Luz,Empunhadeira,Zoom, Comprimento: 195mm Marca/Fabricante: HAIYE MEDICAL Modelo/versão: HYHJ-KC			
52.310.268/0001-23 - V.M SOLUTIONS E-COMMERCE LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 12.499,0000	
26.185.580/0001-22 - VAD MEDICAL COMERCIO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 16.000,0000	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
27/03/2025 às 08:34:37	49.938.521/0001-83	R$ 12.494,0000
27/03/2025 às 08:35:20	26.185.580/0001-22	R$ 12.400,0000
27/03/2025 às 08:45:00	03.098.826/0001-23	R$ 16.799,0000
27/03/2025 às 10:57:17	49.938.521/0001-83	R$ 12.399,0000
27/03/2025 às 14:05:52	39.781.895/0001-84	R$ 12.397,9900
27/03/2025 às 14:10:01	49.938.521/0001-83	R$ 12.396,9900
27/03/2025 às 14:27:32	26.185.580/0001-22	R$ 12.390,0000
27/03/2025 às 14:27:33	49.938.521/0001-83	R$ 12.389,0000
27/03/2025 às 14:27:41	26.185.580/0001-22	R$ 12.200,0000
27/03/2025 às 14:27:41	49.938.521/0001-83	R$ 12.199,0000
27/03/2025 às 14:27:52	26.185.580/0001-22	R$ 12.100,0000
27/03/2025 às 14:27:53	49.938.521/0001-83	R$ 12.099,0000
27/03/2025 às 14:27:57	26.185.580/0001-22	R$ 12.000,0000
27/03/2025 às 14:27:57	49.938.521/0001-83	R$ 11.999,0000
27/03/2025 às 14:28:07	26.185.580/0001-22	R$ 11.990,0000
27/03/2025 às 14:28:07	49.938.521/0001-83	R$ 11.989,0000

Relatório de Dispensa Eletrônica 90019/2025 (167572203) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 33

Data/hora	Participante	Lance
27/03/2025 às 14:28:42	26.185.580/0001-22	R$ 11.980,0000
27/03/2025 às 14:28:43	49.938.521/0001-83	R$ 11.979,0000
27/03/2025 às 14:28:50	26.185.580/0001-22	R$ 11.970,0000
27/03/2025 às 14:28:51	49.938.521/0001-83	R$ 11.969,0000
27/03/2025 às 14:28:53	26.185.580/0001-22	R$ 11.950,0000
27/03/2025 às 14:28:54	49.938.521/0001-83	R$ 11.949,0000
27/03/2025 às 14:29:01	39.781.895/0001-84	R$ 11.947,9900
27/03/2025 às 14:29:01	26.185.580/0001-22	R$ 11.900,0000
27/03/2025 às 14:29:01	49.938.521/0001-83	R$ 11.899,0000
27/03/2025 às 14:29:02	39.781.895/0001-84	R$ 11.897,9900
27/03/2025 às 14:29:03	49.938.521/0001-83	R$ 11.896,9900
27/03/2025 às 14:29:04	39.781.895/0001-84	R$ 11.895,9800
27/03/2025 às 14:29:04	49.938.521/0001-83	R$ 11.894,9800
27/03/2025 às 14:29:06	39.781.895/0001-84	R$ 11.893,9700
27/03/2025 às 14:29:06	49.938.521/0001-83	R$ 11.892,9700
27/03/2025 às 14:29:07	39.781.895/0001-84	R$ 11.891,9600
27/03/2025 às 14:29:07	49.938.521/0001-83	R$ 11.890,9600
27/03/2025 às 14:29:10	39.781.895/0001-84	R$ 11.889,9500
27/03/2025 às 14:29:10	49.938.521/0001-83	R$ 11.888,9500
27/03/2025 às 14:29:11	39.781.895/0001-84	R$ 11.887,9400
27/03/2025 às 14:29:11	49.938.521/0001-83	R$ 11.886,9400
27/03/2025 às 14:29:13	39.781.895/0001-84	R$ 11.885,9300
27/03/2025 às 14:29:13	49.938.521/0001-83	R$ 11.884,9300
27/03/2025 às 14:29:14	39.781.895/0001-84	R$ 11.883,9200
27/03/2025 às 14:29:14	49.938.521/0001-83	R$ 11.882,9200
27/03/2025 às 14:29:16	39.781.895/0001-84	R$ 11.881,9100
27/03/2025 às 14:29:17	49.938.521/0001-83	R$ 11.880,9100
27/03/2025 às 14:29:18	39.781.895/0001-84	R$ 11.879,9000
27/03/2025 às 14:29:18	49.938.521/0001-83	R$ 11.878,9000
27/03/2025 às 14:29:19	39.781.895/0001-84	R$ 11.877,8900
27/03/2025 às 14:29:19	49.938.521/0001-83	R$ 11.876,8900
27/03/2025 às 14:29:21	39.781.895/0001-84	R$ 11.875,8800
27/03/2025 às 14:29:21	49.938.521/0001-83	R$ 11.874,8800

Relatório de Dispensa Eletrônica 90019/2025 (167572203) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 34

Data/hora	Participante	Lance
27/03/2025 às 14:29:23	39.781.895/0001-84	R$ 11.873,8700
27/03/2025 às 14:29:23	49.938.521/0001-83	R$ 11.872,8700
27/03/2025 às 14:29:25	39.781.895/0001-84	R$ 11.871,8600
27/03/2025 às 14:29:26	49.938.521/0001-83	R$ 11.870,8600
27/03/2025 às 14:29:27	39.781.895/0001-84	R$ 11.869,8500
27/03/2025 às 14:29:27	49.938.521/0001-83	R$ 11.868,8500
27/03/2025 às 14:29:29	39.781.895/0001-84	R$ 11.867,8400
27/03/2025 às 14:29:29	49.938.521/0001-83	R$ 11.866,8400
27/03/2025 às 14:29:30	39.781.895/0001-84	R$ 11.865,8300
27/03/2025 às 14:29:31	49.938.521/0001-83	R$ 11.864,8300
27/03/2025 às 14:29:31	43.001.604/0001-65	R$ 12.494,9900
27/03/2025 às 14:29:31	57.536.564/0001-60	R$ 12.498,9000
27/03/2025 às 14:29:32	39.781.895/0001-84	R$ 11.863,8200
27/03/2025 às 14:29:32	49.938.521/0001-83	R$ 11.862,8200
27/03/2025 às 14:29:33	39.781.895/0001-84	R$ 11.861,8100
27/03/2025 às 14:29:33	49.938.521/0001-83	R$ 11.860,8100
27/03/2025 às 14:29:35	39.781.895/0001-84	R$ 11.859,8000
27/03/2025 às 14:29:35	49.938.521/0001-83	R$ 11.858,8000
27/03/2025 às 14:29:36	39.781.895/0001-84	R$ 11.857,7900
27/03/2025 às 14:29:37	49.938.521/0001-83	R$ 11.856,7900
27/03/2025 às 14:29:38	39.781.895/0001-84	R$ 11.855,7800
27/03/2025 às 14:29:38	49.938.521/0001-83	R$ 11.854,7800
27/03/2025 às 14:29:40	39.781.895/0001-84	R$ 11.853,7700
27/03/2025 às 14:29:40	49.938.521/0001-83	R$ 11.852,7700
27/03/2025 às 14:29:41	39.781.895/0001-84	R$ 11.851,7600
27/03/2025 às 14:29:41	49.938.521/0001-83	R$ 11.850,7600
27/03/2025 às 14:29:43	39.781.895/0001-84	R$ 11.849,7500
27/03/2025 às 14:29:43	49.938.521/0001-83	R$ 11.848,7500
27/03/2025 às 14:29:44	39.781.895/0001-84	R$ 11.847,7400
27/03/2025 às 14:29:44	49.938.521/0001-83	R$ 11.846,7400
27/03/2025 às 14:29:45	39.781.895/0001-84	R$ 11.845,7300
27/03/2025 às 14:29:46	49.938.521/0001-83	R$ 11.844,7300
27/03/2025 às 14:29:47	39.781.895/0001-84	R$ 11.843,7200

Relatório de Dispensa Eletrônica 90019/2025 (167572203) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 35

Data/hora	Participante	Lance
27/03/2025 às 14:29:47	49.938.521/0001-83	R$ 11.842,7200
27/03/2025 às 14:29:49	39.781.895/0001-84	R$ 11.841,7100
27/03/2025 às 14:29:49	49.938.521/0001-83	R$ 11.840,7100
27/03/2025 às 14:29:50	27.840.547/0001-51	R$ 11.839,7100
27/03/2025 às 14:29:50	49.938.521/0001-83	R$ 11.838,7100
27/03/2025 às 14:29:50	27.840.547/0001-51	R$ 11.837,7100
27/03/2025 às 14:29:50	39.781.895/0001-84	R$ 11.838,7000
27/03/2025 às 14:29:50	49.938.521/0001-83	R$ 11.836,7100
27/03/2025 às 14:29:50	27.840.547/0001-51	R$ 11.835,7100
27/03/2025 às 14:29:51	49.938.521/0001-83	R$ 11.834,7100
27/03/2025 às 14:29:51	27.840.547/0001-51	R$ 11.833,7100
27/03/2025 às 14:29:51	49.938.521/0001-83	R$ 11.832,7100
27/03/2025 às 14:29:51	27.840.547/0001-51	R$ 11.831,7100
27/03/2025 às 14:29:52	49.938.521/0001-83	R$ 11.830,7100
27/03/2025 às 14:29:52	27.840.547/0001-51	R$ 11.829,7100
27/03/2025 às 14:29:52	49.938.521/0001-83	R$ 11.828,7100
27/03/2025 às 14:29:52	27.840.547/0001-51	R$ 11.827,7100
27/03/2025 às 14:29:53	49.938.521/0001-83	R$ 11.826,7100
27/03/2025 às 14:29:53	27.840.547/0001-51	R$ 11.825,7100
27/03/2025 às 14:29:53	39.781.895/0001-84	R$ 11.826,7000
27/03/2025 às 14:29:53	52.310.268/0001-23	R$ 11.599,0000
27/03/2025 às 14:29:53	27.840.547/0001-51	R$ 11.598,0000
27/03/2025 às 14:29:53	49.938.521/0001-83	R$ 11.597,0000
27/03/2025 às 14:29:53	27.840.547/0001-51	R$ 11.596,0000
27/03/2025 às 14:29:54	49.938.521/0001-83	R$ 11.595,0000
27/03/2025 às 14:29:54	27.840.547/0001-51	R$ 11.594,0000
27/03/2025 às 14:29:54	49.938.521/0001-83	R$ 11.593,0000
27/03/2025 às 14:29:54	27.840.547/0001-51	R$ 11.592,0000
27/03/2025 às 14:29:55	39.781.895/0001-84	R$ 11.590,9900
27/03/2025 às 14:29:55	49.938.521/0001-83	R$ 11.591,0000
27/03/2025 às 14:29:55	27.840.547/0001-51	R$ 11.589,9900
27/03/2025 às 14:29:55	49.938.521/0001-83	R$ 11.588,9900
27/03/2025 às 14:29:55	27.840.547/0001-51	R$ 11.587,9900

Relatório de Dispensa Eletrônica 90019/2025 (167572203) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 36

Data/hora	Participante	Lance
27/03/2025 às 14:29:56	49.938.521/0001-83	R$ 11.586,9900
27/03/2025 às 14:29:56	27.840.547/0001-51	R$ 11.585,9900
27/03/2025 às 14:29:56	49.938.521/0001-83	R$ 11.584,9900
27/03/2025 às 14:29:57	27.840.547/0001-51	R$ 11.583,9900
27/03/2025 às 14:29:57	39.781.895/0001-84	R$ 11.584,9800
27/03/2025 às 14:29:57	49.938.521/0001-83	R$ 11.582,9900
27/03/2025 às 14:29:57	27.840.547/0001-51	R$ 11.581,9900
27/03/2025 às 14:29:57	49.938.521/0001-83	R$ 11.580,9900
27/03/2025 às 14:29:58	27.840.547/0001-51	R$ 11.579,9900
27/03/2025 às 14:29:58	30.060.762/0001-44	R$ 12.494,9800
27/03/2025 às 14:29:58	43.001.604/0001-65	R$ 12.493,9900
27/03/2025 às 14:29:58	49.938.521/0001-83	R$ 11.578,9900
27/03/2025 às 14:29:58	27.840.547/0001-51	R$ 11.577,9900
27/03/2025 às 14:29:58	39.781.895/0001-84	R$ 11.578,9800
27/03/2025 às 14:29:58	49.938.521/0001-83	R$ 11.576,9900
27/03/2025 às 14:29:59	27.840.547/0001-51	R$ 11.575,9900
27/03/2025 às 14:29:59	49.938.521/0001-83	R$ 11.574,9900
27/03/2025 às 14:29:59	27.840.547/0001-51	R$ 11.573,9900
27/03/2025 às 14:29:59	39.781.895/0001-84	R$ 11.572,9700
27/03/2025 às 14:29:59	27.840.547/0001-51	R$ 11.571,9700
27/03/2025 às 14:29:59	49.938.521/0001-83	R$ 11.570,9700

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 14:30:01	O item 1 teve empate real para os valores 12.499,9000, 12.500,0000, 13.000,0000 e 20.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	27/03/2025 às 14:30:01	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 49.938.521/0001-83	27/03/2025 às 14:33:14	Sr. Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Boa tarde, solicito a formalização da proposta em conformidade com a fase de lances, com a apresentação de catálogo do produto ofertado. Salientamos que é imprescindível que a empresa possua a regularidade fiscal (FGTS, TRABALHISTA, RECEITA FEDERAL e RECEITA ESTADUAL)..
Sistema para o participante 27.840.547/0001-51	27/03/2025 às 14:33:29	Sr. Fornecedor AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 27.840.547/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta com a apresentação de catálogo do produto ofertado. Salientamos pela regularidade fiscal (FGTS, TRABALHISTA, REC. FEDERAL e ESTADUAL). Sua proposta será analisada em caso de não apresentação e/ou desclassificação da proposta imediatamente anterior..

Relatório de Dispensa Eletrônica 90019/2025 (167572203) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.781.895/0001-84	27/03/2025 às 14:33:40	Sr. Fornecedor MARCOS ROGERIO LOBAO PINTO LTDA, CNPJ 39.781.895/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta com a apresentação de catálogo do produto ofertado. Salientamos pela regularidade fiscal (FGTS, TRABALHISTA, REC. FEDERAL e ESTADUAL). Sua proposta será analisada em caso de não apresentação e/ou desclassificação da proposta imediatamente anterior..
Pelo participante 49.938.521/0001-83	27/03/2025 às 14:50:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:00 de 27/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83.
Pelo participante 27.840.547/0001-51	27/03/2025 às 14:52:16	Sr como não somos o primeiro colocada preferimos aguardar a desclassificação da primeira para anexarmos
Pelo participante 27.840.547/0001-51	27/03/2025 às 14:52:23	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:23 de 27/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 27.840.547/0001-51.
Sistema para o participante 39.781.895/0001-84	27/03/2025 às 16:33:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 27/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARCOS ROGERIO LOBAO PINTO LTDA, CNPJ 39.781.895/0001-84.
Sistema para o participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 13:55:52	Boa tarde, senhor fornecedor. Em análise ao catálogo apresentado, não foi possível obter a informação sobre a maleta de transporte. Favor informar se o objeto ofertado inclui a maleta.
Pelo participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 14:06:57	Prezado(a) Pregoeiro(a), boa tarde
Pelo participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 14:07:14	Sim, o objeto ofertado inclui a maleta.
Sistema para o participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 14:45:09	Senhor fornecedor, favor informar se a tela pode ser submetida a processo de desinfecção e esterilização, conforme solicitado no Termo de Referência.
Sistema para o participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 14:47:36	Se´rá concedido prazo para adequação da proposta e inclusão de informações referentes ao modelo do objeto ofertado
Sistema para o participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 14:49:40	A descrição do objeto na proposta está igual a descrição do TR. Favor incluir as informações referentes ao modelo que será entregue.
Sistema para o participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 14:52:52	O catálogo ofertado apresenta 2 tamanhos de tela. Apenas o tamanho 3,5" atende à especificação solicitada. Favor incluir essa informação na proposta assim como o fornecimento da maleta de transporte.
Sistema para o participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 14:53:30	Sr. Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Prazo para reenvio de proposta com as adequações solicitadas. .
Pelo participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 15:10:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:05 de 31/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83.
Sistema para o participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 16:19:51	Senhor fornecedor, em diligências em sítios da internet e busca no catalogo fornecido, não foi encontrada informação sobre a tela poder ser submetida a processo de desinfecção e esterilização. Favor incluir manual técnico de instruções para que seja feita uma análise mais detalhada.
Sistema para o participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 16:27:46	Sr. Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Prazo para anexo de manual de instruções..
Pelo participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 17:02:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:48 de 31/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83.

Relatório de Dispensa Eletrônica 90019/2025 (167572203) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.938.521/0001-83	31/03/2025 às 17:22:27	Agradeço os esclarecimentos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
27/03/2025 às 14:30:01	Item com etapa aberta encerrada.
27/03/2025 às 14:30:01	Item teve empate real para os valores 12.499,9000, 12.500,0000, 13.000,0000 e 20.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
27/03/2025 às 14:30:01	Item encerrado para lances.
27/03/2025 às 14:33:14	Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 16:33:00. Motivo: Boa tarde, solicito a formalização da proposta em conformidade com a fase de lances, com a apresentação de catálogo do produto ofertado. Salientamos que é imprescindível que a empresa possua a regularidade fiscal (FGTS, TRABALHISTA, RECEITA FEDERAL e RECEITA ESTADUAL)..
27/03/2025 às 14:33:29	Fornecedor AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 27.840.547/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 16:33:00. Motivo: Solicito envio da proposta com a apresentação de catálogo do produto ofertado. Salientamos pela regularidade fiscal (FGTS, TRABALHISTA, REC. FEDERAL e ESTADUAL). Sua proposta será analisada em caso de não apresentação e/ou desclassificação da proposta imediatamente anterior..
27/03/2025 às 14:33:40	Fornecedor MARCOS ROGERIO LOBAO PINTO LTDA, CNPJ 39.781.895/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 16:33:00. Motivo: Solicito envio da proposta com a apresentação de catálogo do produto ofertado. Salientamos pela regularidade fiscal (FGTS, TRABALHISTA, REC. FEDERAL e ESTADUAL). Sua proposta será analisada em caso de não apresentação e/ou desclassificação da proposta imediatamente anterior..
27/03/2025 às 14:50:00	Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 14:52:23	Fornecedor AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 27.840.547/0001-51 finalizou o envio de anexo.
31/03/2025 às 14:53:30	Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 16:52:00. Motivo: Prazo para reenvio de proposta com as adequações solicitadas. .
31/03/2025 às 15:10:05	Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83 finalizou o envio de anexo.
31/03/2025 às 16:27:46	Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 18:00:00. Motivo: Prazo para anexo de manual de instruções..
31/03/2025 às 17:02:48	Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83 finalizou o envio de anexo.
03/04/2025 às 14:36:57	Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 11.570,9700. Motivo: Objeto ofertado atende à demanda da Administração.
03/04/2025 às 14:37:59	Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83 foi habilitado.
04/04/2025 às 11:09:53	Fornecedor UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 49.938.521/0001-83 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11.570,9700.
04/04/2025 às 11:10:02	Item homologado.

Relatório de Dispensa Eletrônica 90019/2025 (167572203) SEI 00053-00093324/2024-06 / pg. 39

Governo do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Seção de Licitações
Subseção de Contratação Direta

Nota Técnica N.º 84/2025 - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR Brasília-DF, 03 de abril de 2025.

Senhora Cel. QOBM/Comb. Diretora de Contratações e Aquisições,

Assunto: Manifesto de conformidade para fins de execução da despesa.

1. CONTEXTO

1.1. Trata o presente processo da aquisição de Videolaringoscópios.

2. RELATO

2.1. Os autos foram submetidos à apreciação da Assessoria Jurídica, que por meio do Parecer n.º 144/2025 - CBMDF/GABCG/ASJUR (165096757) e Cota de Aprovação CBMDF/GABCG/ASJUR (165096869) não indicou óbices à contratação por dispensa de licitação, conforme decisão constante na Nota Técnica nº. 59/2025 - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR (164804318) e Despacho CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR (164805944).

2.2. Visando a aquisição pretendida, foi realizada a dispensa eletrônica nº 90019/2025, sendo o objeto adjudicado e homologado para a empresa abaixo especificada, a qual preencheu os requisitos de habilitação e qualificação mínimas necessárias, conforme as justificativas contidas no relatório de adjudicação e homologação (167572203).

3. CONCLUSÃO

3.1. Ante o exposto, informo que foram cumpridos os requisitos para efetivar a contratação direta com base no inciso II, do art. 75 da Lei nº. 14.133 e em conformidade com o previsto no Decreto distrital nº 44.330/2023, bem como no Parecer Referencial SEI-GDF n.º 43/2023-PGDF/PGCONS, razão pela qual encaminho a Vossa Senhoria o presente processo, para fins de execução da despesa visando à contratação, conforme quadro de finalização abaixo:

EMPRESA: UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 49.938.521/0001-83
ENDEREÇO: Rua Paulina Ana Trierweiller Lehmkuhl, S/N, Loja:02, Centro, Águas Mornas-SC
TELEFONE: (48) 99157-9997
EMAIL: uniquecomercioequipamentos@gmail.com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

01	VIDEOLARINGOSCOPIO PORTÁTIL, conforme Aviso de Contratação Direta - Dispensa Eletrônica nº 90019/2025 (165478973) e Proposta da Empresa (167460201).	5	HAIYE MEDICAL/HYHJ-KC	Unidade	R$ 11.570,97	**R$ 57.854,85 (cinquenta e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL SALOMAO FRAZAO CARDOSO - Ten-Cel. QOBM/Comb. - Matr.01910142**, **Chefe da Seção de Licitações**, em 14/04/2025, às 18:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **167460826** código CRC= **1D1FF333**.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Licitações

Subseção de Contratação Direta

Declaração - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR

Assunto: Declaração de Dispensa de Licitação nº 19/2025 - Aquisição de Videolaringoscópios.

A DIRETORA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, com fulcro no que prescreve o inc. II do artigo 75 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, c/c os inc. I e II do art. 33 do Decreto nº. 7.163, de 29 de abril de 2010, com o inc. X do art. 212 da Portaria n° 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no suplemento do BG n° 223, de 01 de dezembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, e considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica constante no Parecer 144 (165096757) / Cota de Aprovação - CBMDF/GABCG/ASJUR (165096869), bem como o Relatório da Dispensa Eletrônica nº 90019/2025 (167572203) e os argumentos constantes na Nota Técnica nº 84/2025 (167460826), **RESOLVE:**

1. **DISPENSAR DE LICITAÇÃO**, com base no Inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a despesa no total valor de **R$ 57.854,85 (cinquenta e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**, em favor da empresa: UNIQUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 49.938.521/0001-83, visando a aquisição de videolaringoscópios, no quantitativo de 5 (cinco) unidades, da marca/modelo: HAIYE MEDICAL/HYHJ-KC, cujo valor unitário é de R$ 11.570,97, mediante as razões expostas no Termo de Referência (160180047);

2. **DECLARO** ter utilizado no âmbito deste procedimento administrativo de número (00053-00093324/2024-06), o Parecer Referencial nº 43/2023 - PGDF/PGCONS, cujo objeto é a contratação direta, por dispensa de licitação por valor da contratação, art. 75 incisos I e II da Lei 14. 133 de 1º de abril de 2021, disponibilizado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal em seu sítio eletrônico;

3. **DECLARO**, ainda, que foram seguidas todas as orientações jurídicas uniformizadas no instrumento paradigma, consubstanciadas no Parecer Referencial nº 43/2023 - PGDF/PGCONS, e que o presente expediente constitui matéria com repetição em múltiplos processos e com variáveis pouco significativas;

4. **DECLARAR** que contratação não caracteriza em parcelamento de despesa conforme Declaração CBMDF/DIMAT/SEPEC (160529480);

5. **DETERMINAR** à Seção de Contratos a confecção de extrato da matéria para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 228 do Decreto 44.330, de 16/03/2023, bem como o **ENCAMINHAMENTO** à Diretoria de Saúde e Diretoria de Orçamento e Finanças, para emissão de nota de empenho e posterior retorno à DICOA para acompanhamento da execução.

Brasília, 11 de abril de 2025.

Diretora de Contratações e Aquisições

Documento assinado eletronicamente por **SUELI BOMFIM DE MATOS - Cel. QOBM/Comb. - Matr.01400139**, **Diretor(a) de Contratações e Aquisições**, em 14/04/2025, às 18:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **167466173** código CRC= **89292C3B**.