

Razão Social: MI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA.
Nome Fantasia: Medical Innovation
CNPJ: 33.484.007/0001- 85 / IE: 07.497.114/001-88
Endereço: ADE CONJUNTO 21 LOTE 13 - ADE ÁGUAS CLARAS 71989-600
Banco do Brasil 001 - AG 3411-8 CC 24369-8
comercial@medicalinnovation.com.br / executivo@medicalinnovation.com.br

LICITAÇÃO ELETRÔNICA - P.E. Nº 90024/2025 - DICOA/DEALF/CBMDF
PROCESSO Nº 00053-00020037/2025-50 UASG: 170394
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DO CBMDF
Endereço: Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER) fone (61) 98321-6246 / 3193-0186/3193-0185.

Proposta Comercial

Prezados (a) Senhores (a)
Conforme vossa solicitação segue abaixo nossa proposta comercial:

ITEM 04 – ELETRODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO



Eletrodo multifunção
Desfibrilação, cardioversão, monitorização e marca passo
Aplicação adulto
Composição: 2 peças + sensor de RCP
Tipo de conector: AED VERDE
Compatível com todos os equipamentos marca ZOLL
Validade do eletrodo: 24 meses
Embalagem lacrada nova original com manual de uso

Marca: ZOLL
Modelo: CPR Stat Padz
Registro Anvisa: 10429990051

Valor unitário: R\$ 1.290,00 (Mil duzentos e noventa reais)
Quantidade: 320 (Trezentos e vinte unidades)
Valor total: R\$ 412.800,00 (Quatrocentos e doze mil e oitocentos reais)

Condições Gerais de Fornecimento

Validade da Proposta: 90 dias
Forma de pagamento: Até 30 dias após a entrega



Frete e demais impostos: Todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente ao objeto deste Edital

Prazo de entrega: Até 60 dias

Garantia: 12 meses

Declarações

A empresa MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.484.007/0001-85, sediada no endereço ADE 21 LOTE 13 ARNIQUEIRAS BRASILIA DF, telefone n.º 61 3393-6660, por intermédio do seu representante legal Sr Henrique Santos de Freitas, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2.956.376 e do CPF n.º 041.304.241-30, DECLARA:

Que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019.

Que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.

Que entregarei o(s) material(s) comprovadamente novo(s) e sem uso, uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is)/equipamento(s) ou peça(s) reconicionado(s), reutilizado(s) ou reformado(s).

Que atende os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

- a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;
- d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;
- e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;
- f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;
- g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;
- h) que possuam certificação de procedência de produtos.

Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília DF, 16 de Abril de 2025.

Henrique S. Freitas

Henrique Freitas
Diretor executivo
Medical Innovation



CPR stat•padz® e CPR-D•padz®

Vantagens do Real CPR Help™ fornecido com eletrodos de posicionamento



Tenha o Real CPR Help™ em desfibriladores ZOLL para o posicionamento de eletrodos. Não há necessidade de sensores, etapas nem cabos adicionais.

Real CPR Help

A falha em comprimir adequadamente o tórax da vítima é um erro comum durante a RCP.^{1,2,3} A Real CPR Help converte os dados de compressão instantaneamente e fornece indicações auditivas e visuais para ajudar o socorrista com a frequência e intensidade adequadas. Comandos de voz ativos dizem, "Comprima mais forte" ou "Compressões boas".

See-Thru CPR

O See-Thru CPR^{4,5} é um recurso avançado no R Series[™], E Series[®] e AED Pro.^{®4} da ZOLL. O artefato causado pelas compressões de RCP é minimizado e dá aos médicos a capacidade de ver a atividade elétrica organizada durante as compressões sem interrupções.

CPR Index

O CPR Index⁵ é um recurso no R Series e E Series da ZOLL. É um resumo visual intuitivo dos esforços de compressão torácica que consideram a frequência, a intensidade e os intervalos entre ciclos de RCP.

CPR-D•padz

O **CPR-D•padz** foi desenvolvido para DEAs da ZOLL. O design exclusivo de peça única utiliza uma referência de RCP para a colocação das mãos e facilita a colocação do **CPR-D•padz** rapidamente na vítima. O **CPR-D•padz** também dura cinco anos – o mais longo período de validade entre todos os eletrodos vendidos atualmente.



CPR stat•padz

O **CPR stat•padz** foi desenvolvido para uso com desfibriladores manuais da ZOLL. A criação de duas peças assegura a disponibilidade de todas as opções terapêuticas do socorrista SAV. O design exclusivo lhe concede utilidade na colocação Anterior/Anterior e Anterior/Posterior.



	Vida útil	Construção	Desfibrilar	Passo	Pré-Conexão	Real CPR Help	See-Thru CPR ^{4,5}	RCP Index ⁵
CPR-D•padz	5 anos	Uma peça	■		■	■	■	■
CPR stat•padz	2 anos	Duas peças	■	■	■	■	■	■

Especificações gerais

	CPR stat•padz	CPR-D•padz
Gel de condutividade:	Polímero sólido e adesivo	polímero sólido e adesivo
Elemento de condutividade:	Estanho	Estanho
Embalagem:	Laminado em várias camadas	Laminado em várias camadas
Comprimento dos fios de derivação:	124,5 cm (49 pol.)	91 cm (36 pol.)
Eletrodo de ápice		
Comprimento:	16,5 cm (6,5 pol.)	15,5 cm (6,1 pol.)
Largura:	10,2 cm (4 pol.)	14,1 cm (5,6 pol.)
Área total:	168,3 cm ² (26 pol. ²)	86,6 cm ² (34,1 pol. ²)
Comprimento do gel de condutividade:	12,7 cm (5 pol.)	8,9 cm (3,5 pol.)
Largura do gel de condutividade:	8,9 cm (3,5 pol.)	8,9 cm (3,5 pol.)
Área do gel de condutividade:	113 cm ² (17,5 pol. ²)	79 cm ² (12,3 pol. ²)
Eletrodo do esterno		
Comprimento:	16,5 cm (6,5 pol.)	15,5 cm (6,1 pol.)
Largura:	10,2 cm (4 pol.)	12,7 cm (5 pol.)
Área total:	168,3 cm ² (26 pol. ²)	77,5 cm ² (30,5 pol. ²)
Comprimento do gel de condutividade:	12,7 cm (5 pol.)	8,9 cm (3,5 pol.)
Largura do gel de condutividade:	8,9 cm (3,5 pol.)	8,9 cm (3,5 pol.)
Área do gel de condutividade:	113 cm ² (17,5 pol. ²)	79 cm ² (12,3 pol. ²)
Seção central		
Comprimento:	N/D	32,9 cm (12,9 pol.)
Largura:	N/D	10,6 cm (4,2 pol.)
Comprimento, dispositivo de RCP:	8,7 cm (3,4 pol.)	8,7 cm (3,4 pol.)
Largura, dispositivo de RCP:	5,1 cm (2 pol.)	5,1 cm (2 pol.)

ZOLL Medical Corporation -

Sede mundial

269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011

Subsidiárias de vendas diretas da ZOLL

Alemanha, +49 2236 87 87 0

www.zollmedical.de

Austrália, +61 2 8424 8700

www.zoll.com.au

Áustria, +43 650 413 6222

www.zollmedical.at

Canadá, 905-629-5005

www.zoll.com

França, +33 (1) 30 05 14 98

www.zoll.fr

Holanda, +31 (0) 488 41 11 83

www.zoll.nl

Reino Unido, +44 (0) 1928 595 160

www.zoll.com

Para obter os endereços e os números de fax das subsidiárias, bem como outros locais internacionais, acesse o site www.zoll.com/contacts.

¹ Moser DK, Dracup K, Guzy PM, Taylor SE, Breu C. Cardiopulmonary resuscitation skills retention in family members of cardiac patients. American Journal of Emergency Medicine. 1990;4:98-503.

² Kern KB, Hilwig RW, Berg RA, Ewy GA. Efficacy of chest compression-only BLS CPR in the presence of an occluded airway. Resuscitation. 1998;39:179-188.

³ Handley AJ, Handley JA. The relationship between rate of chest compression and compression:relaxation ratio. Resuscitation. 1995;30:237-241.

⁴ 510(k) pendente

⁵ Dependente de desfibrilador.

Atualmente, o See-Thru CPR está pendente da liberação 510K para o AED Pro e pendente da licença de dispositivos médicos de saúde do Canadá para o AED Pro e E Series.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© ZOLL Medical Corporation 2007. Todos os direitos reservados.

ZOLL, **CPR-D•padz** e **CPR stat•padz** são marcas registradas da ZOLL Medical Corporation. Advancing Resuscitation. Today, R Series, Real CPR Help, CPR Index e See-Thru CPR são marcas comerciais da ZOLL Medical Corporation.

Razão Social: MI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Nome Fantasia: Medical Innovation

CNPJ: 33.484.007/0001-85 / IE: 07.497.114/001-88

Endereço: ADE CONJUNTO 21 LOTE 13 - ADE ÁGUAS CLARAS 71989-600

Banco do Brasil 001 - AG 3411-8 CC 24369-8

comercial@medicalinnovation.com.br / executivo@medicalinnovation.com.br

LICITAÇÃO ELETRÔNICA - P.E. Nº 90024/2025 - DICOA/DEALF/CBMDF

PROCESSO Nº 00053-00020037/2025-50 UASG: 170394

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DO CBMDF

Endereço: Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER) fone (61) 98321-6246 / 3193-0186/3193-0185.

Declarações

A empresa MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.484.007/0001-85, sediada no endereço ADE 21 LOTE 13 ARNIQUEIRAS BRASILIA DF, telefone n.º 61 3393-6660, por intermédio do seu representante legal Sr Henrique Santos de Freitas, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2.956.376 e do CPF n.º 041.304.241-30, DECLARA:

Que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019.

Que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, adotado no âmbito do DF através do Decreto nº 44.330 de 16 de março de 2023.

Compromete-se, ainda, quando solicitado pelo(a) pregoeiro(a), a efetuar o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, à Central de Compras, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária, no endereço citado em EDITAL.

Que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.

Que entregarei o(s) material(s) comprovadamente novo(s) e sem uso, uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is)/equipamento(s) ou peça(s) reconicionado(s), reutilizado(s) ou reformado(s).

Que atende os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

- a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;
- d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;
- e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;
- f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;
- g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;

- h) que possuam certificação de procedência de produtos.

Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília DF, 29 de Abril de 2025.

Henrique S. Freitas

Henrique Freitas
Diretor executivo
Medical Innovation

